

Tal alteração visa incluir equipamentos distintos, que possuem a tecnologia exigida, porem com outras características. Salientamos também que o importante é que o equipamento atenda a solicitação do INDICADOR DA IMPEDANCIA DE CONTATO independentemente da tecnologia que o mesmo apresentar.

b) O Edital exige:

Seletor giratório de carga com possibilidades de ajuste de 1 a no máximo 200J;

Requer-se seja alterada para:

Botão giratório ou teclas dedicadas de carga com possibilidades de ajuste de 1 a no mínimo 200J;

Justificativa:

Entendemos que o importante é ter como selecionar a energia necessária, independentemente de ser por botões giratórios ou teclas dedicadas que servem exclusivamente para esse fim. Essas alterações visam incluir no certame equipamentos distintos que atendam as demais solicitações do edital.

c) O Edital exige:

Registrador integrado de no mínimo 75 mm;

Requer-se seja alterada para:

Registrador integrado de no mínimo 50 mm;

Justificativa:

Entendemos que o importante é ter uma forma de registro, sendo que o mesmo é para revisão de traçados não havendo necessidade de um registrador com um tamanho tão grande. Essas alterações visam incluir no